

KIT DE INSTRUMENTAL DE APOIO DESCARTÁVEL - ESTÉRIL PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O Kit de Instrumental de Apoio é fabricado em Inox 420, Alumínio e ABS, a depender do componente. As dimensões do produto são variadas de acordo com sua funcionalidade e tipo.

O kit é fornecido estéril, contendo uma unidade de cada item, embalado primariamente em blister de polietileno tereftalato (PET) selado com Tyvek, e com embalagem secundária de caixa de papel kraft.

2. INDICAÇÃO DE USO

O Kit de Instrumental de Apoio é indicado para auxílio em procedimentos cirúrgicos de buco-maxilo-facial. As funções dos modelos deste kit são: aparafusamento e perfuração óssea.

3. MODELOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ET12.200	Ponta de chave hexagonal interno 2,0mm
ET21.020	Torquímetro de 20N·cm
ET30.00	Caixa de instrumental de apoio descartável
ET40.001	Conexão cruciforme com cabo
ET40.002	Conexão cruciforme contra ângulo
ET41.001	Broca Ø1,6 x 21 x 100mm
ET41.002	Broca Ø1,6 x 7 x 25mm contra ângulo
ET41.003	Broca Ø1,6 x 5 x 50mm
ET41.004	Broca Ø1,6 x 7 x 50mm.
ET11.120	Chave hexagonal 1,2mm

4. ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original mantido em temperatura ambiente, e locais livres de incidência de raios solares e umidade.
- Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados.
- Não podem ficar em locais muito altos, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no rótulo.

5. INSTRUÇÕES DE USO

Os produtos deste kit devem ser utilizados exclusivamente para parafusamento de parafusos e para perfuração óssea em cirurgia de implante buco-maxilo-facial. Cada cirurgião utilizará o instrumental de acordo com a técnica cirúrgica específica adotada.

6. PRECAUÇÕES

- A aplicação de força ou impacto sobre os instrumentos pode causar rompimento, fissura, dobramento, rachadura ou até mesmo quebra do mesmo, levando à sua inutilização.
- Não usar o Kit de Instrumental de Apoio Descartável para qualquer outro propósito diferente de seu uso recomendado. Manipular tecidos delicados ou ossos com um instrumento que não foi feito para tal uso pode resultar em danos ao instrumento.
- Deve-se levar em conta que os instrumentos possuem risco de contaminação potencial. Os profissionais que entrarem em contato com os instrumentos devem tomar medidas de precauções contra perfurações causadas por estes.
- Após utilização dos instrumentais estes devem ser tratados como possíveis contaminantes. Descartar após o uso de maneira apropriada.

KIT DE INSTRUMENTAL DE APOIO DESCARTÁVEL - ESTÉRIL PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO

- Os instrumentais são fornecidos estéreis, não usar se a embalagem estiver violada.
- Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades daquelas para as quais não foram projetados.

7. PRÉ-OPERATÓRIO

O cirurgião e sua equipe devem verificar se as embalagens se encontram íntegras e conferir os itens do kit antes da cirurgia.

8. ADVERTÊNCIAS

- Produto estéril descartável, não reprocessar e reutilizar.
- Não utilizar o produto caso apresente danos aparentes ou caso a sua embalagem esteja violada ou danificada.
- Como todo ato cirúrgico, o cirurgião deve estar ciente que podem haver intercorrências durante o procedimento, e deve estar preparado para tratá-las. O uso destes instrumentais deve ser feito apenas por médicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins escusos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante.
- A combinação dos produtos da CPMH com os de outros fabricantes pode apresentar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas por diferenciação de material, desenho ou qualidade.

9. RISCOS ASSOCIADOS

O produto é contra-indicado apenas para uso por profissionais não habilitados para a função.

10. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA (PARA NÃO ESTÉRIL OU REUTILIZÁVEL)

O produto é enviado estéril, não sendo necessário nenhum procedimento adicional antes do uso.

11. DESCARTE

O descarte deverá ser realizado inicialmente pela descaracterização do produto através de corte e/ou imagem para sua inutilização. Providenciar o descarte conforme as normas para lixo hospitalar, devendo ser depositado em recipiente adequado e tendo a indicação de que se trata de lixo contaminado. A instituição de saúde por sua vez deverá providenciar o descarte final conforme legislação em vigor.

12. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone (61) 3028-8858, pelo e-mail: sac@cpmh.com.br, ou em nosso sítio eletrônico preenchendo o formulário de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço eletrônico: <https://www.cpmh.com.br/sac/>.

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.



FABRICANTE

CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.

Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235

CEP 71200-260

www.cpmh.com.br

Tel: 61 3028-8858

sac@cpmh.com.br

Registro ANVISA: 80859849018

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476